血圧・心拍変動解析ソフトmeijin

きりつ名人ソフト基本操作ガイド

製造販売 株式会社クロスウェル

きりつ名人起動

＜メイン画面＞



メイン画面から以下の操作を行います
- 測定の開始
- 測定データの参照
- 各種設定

測定中または展開している測定データの患者様情報が表示されます



「測定を開始する」ボタン … 測定を開始します。（1.測定するを参照）

「測定一覧を開く」ボタン … 選択した測定データを展開します。
（2.測定データをみるを参照）

「症例一覧を開く」ボタン … 症例データとして登録されたデータを展開します。
（3. 症例データをみるを参照）

「各種設定」ボタン … 患者様情報の編集、アプリケーションの設定等を行います。
（4.各種設定を参照）

1.測定する

測定の開始





「測定を開始する」ボタンを押します。

↓

[患者様選択]画面が表示されます

測定患者様IDの選択をする

＜[患者様選択]画面＞



患者様情報が
登録済の場合は
測定患者様IDの選択2へ

患者様情報が
未登録の場合は
測定患者様IDの選択1へ

①に測定する患者様のIDを入力します。
②の「ID確定」ボタンを押します。

---

①にIDを入力する際、③はテンキーとして機能します。
④は登録済み患者様一覧が表示されます。
①では、入力毎に入力された文字に続くIDが検索され再表示されます。一覧の該当IDをダブルクリックすることでID入力可能となっています。

測定患者様IDの選択1 (未登録患者IDの簡易登録)



患者様IDを入力し「ID選択」ボタンを押すと
[未登録患者様ID確認]の画面が表示されますので
「OK」ボタンを押します。

簡易患者様情報入力の項目が表示されますので入力し、
「登録」ボタンで保存されます。

・入力項目
生年月日(必須)
性別(任意)
身長(任意)
体重(任意)

測定患者様IDの選択2 (ID確定～測定開始)

測定患者様IDが確定されたら「測定開始」ボタンを
押すと測定が開始されます。

ECG波形チェック

測定開始前にECGの波形チェックが始まります。



ECG波形チェック1～3全てOKになれば測定が始まります。

測定キャンセル･･･測定を停止します。
測定スタート　･･･波形チェックをスキップします。
再確認　　･･･波形チェックをはじめからやり直します。

測定中



※ 起立、着席のタイミングで音声アナウンスが流れます。

2.測定データをみる

測定データの表示（一覧から選択する）



「操作一覧を開く」ボタンを押します。
↓
[測定一覧]画面が表示されます

＜[測定一覧]画面＞



表示したいデータの行をダブルクリックすると選択されたデータが表示されます。

■検索 … 測定データの検索を行います。特記事項、患者様ID、測定日で検索できます。
■CSVファイル出力 … 選択されたデータを1拍毎の測定データをCSVファイル出力します。
■データ削除 … 選択されたデータを削除します。※ 削除されたデータは元に戻りません。

測定データの表示



血圧データリスト … 血圧データのリスト画面を表示します。

ECG波形 … ECG波形画面を表示します。

VDP … VitalDataPlayer画面を表示します。

結果印刷 … 帳票を印刷します。

症例出力 … 表示してるデータを症例データとして出力します。
出力されたデータは症例表示画面で読込できます。

測定日時 … 現在表示してるデータの測定日時を表示しています。
また、リストから測定日時を切り替えることで表示データも切り替わります。

検証表示 … 検証表示画面を表示します。（検証表示：検証結果 参照）

原理説明/原理説明２ … 原理説明画面を表示します。

ヒストグラム …ヒストグラム画面を表示します。

検証表示：検証結果

＜ **[検証]画面** ＞ 測定による検証結果を表示します。





・ファイル出力 … 検証結果をCSVファイルに出力します。

・結果印刷 … 帳票を印刷します。

タブの切替で表示を切り替えます。

帳票の印刷

測定データの表示された画面、または[検証]画面の「結果印刷」ボタンを押すと
印刷する帳票を選択する[印刷]画面が表示されます。



印刷したい帳票を選択した後、「印刷」ボタンを押します。



印刷ダイアログが表示されますので、
■プリンター名
■印刷範囲
■枚数
を設定した後「OK」ボタンを押します。

きりつ名人で印刷される帳票は下記4種類です。

印刷：帳票内容(患者様用)



患者様用1

患者様用2

印刷：帳票内容(医師用)



医師用1



医師用2

3.症例データを見る



■測定データ表示画面の「症例出力」ボタンを押すと
[症例内容]の入力画面が表示されます。（下図）



入力画面に症例内容を入力して「OK」ボタンを押すと出力されます。
ここで入力された症例内容は、症例名として表示されていきます。



「サンプル症例読込」ボタン … 症例出力されたデータを読み込みます。
「サンプル症例削除」ボタン … 一覧の“選択”にチェックをつけた症例データを削除します。

後は、「2. 測定データを見る」にある操作と同じです。

4.各種設定

[各種設定メニュー]画面



患者様登録・編集画面を開きます

動作設定画面を開きます

施設情報登録画面を開きます

ライセンス登録画面を開きます

バージョン情報画面を開きます

本メニュー画面を閉じます

患者様登録・編集



登録された患者様一覧が表示されます
選択した行をダブルクリックすることで右側に
情報が表示されます。

登録件数が表示されます。

情報の編集を行います。

登録(E)	編集された情報を保存します。
削除(D)	対象データを削除します。
新規追加(I)	新規入力の状態になります。(入力欄ブランク)
戻る(C)	[各種設定メニュー] 画面へ戻ります。

※ 新規追加は、下記手順で行います。

1. 「新規追加」ボタンで入力欄ブランク画面にする
2. 情報を入力する
3. 「登録」ボタンで情報を保存する

動作設定：タイムスケジュール



測定スケージュールの編集を行います。

きりつ名人に標準登録されたスケジュールを選択できます。

「不具合ファイル作成」ボタン … アプリケーションにエラー等異常が発生した際のエラー情報を作成します。
「保存」ボタン … 設定を保存します。[動作設定] 画面全てのデータが対象です。
「閉じる」ボタン … [動作設定] 画面を閉じて[各種設定メニュー]画面に戻ります。

動作設定：表示・印刷設定



きりつ名人ソフトでの日付の年表示を切り替えます。

検証画面、帳票(患者様用)へのスコア・コメントの表示有無を設定します。

動作設定：グラフ設定



画面の各グラフの上下限を設定します。

※ グラフ、画面、帳票によっては固定で定まれている場合もあり、
全てが反映されるとは限りません。

動作設定：バックアップと復元



「バックアップ」ボタン
データを圧縮ファイルとして指定フォルダに保存します。

「バックアップからの復元」ボタン
指定したバックアップファイルの状態に復元します。

※ バックアップ後に測定、各編集等を行ったデータはなくなります。
ご注意ください。

施設情報登録



ライセンス登録



バージョン情報



施設情報、ライセンス情報は、ライセンス登録時に自動で保存されます。

施設情報、ライセンス登録画面については、ライセンス関連に大きく影響します。
既に登録済みの場合は、操作しないようお願いします。

※ 操作した場合、アプリケーションが起動しなくなる恐れがあります。